

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 18917 от 23 июня 2025 г.

Срок действия до 17 июня 2029 г.

Наименование типа средств измерений:

Преобразователи расхода вихревые «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)»

Производитель:

АО «ЭМИС» г. Челябинск, Российская Федерация

Выдан:

АО «ЭМИС» г. Челябинск, Российская Федерация

Документ на поверку:

МП 208-086-2024 «Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи расхода вихревые «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)». Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками:

24 месяца (для преобразователей, предназначенных для измерения объемного расхода природного газа),

48 месяцев (для преобразователей, предназначенных для измерения объемного расхода жидких и газообразных сред)

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23.06.2025 № 77

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя

И.А.Кисленко