

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений  
№ 92949-24

Срок действия утверждения типа до 22 августа 2029 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Уровнемеры радарные ЭМИС-ПУЛЬС 530

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы"  
(АО "ЭМИС"), г. Челябинск

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ  
Акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы"  
(АО "ЭМИС"), г. Челябинск

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
МП-701/09-2023

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности  $\leq \pm 3$  мм; 3 года - для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности свыше  $\pm 3$  мм; 3 года - для уровнемеров, работающих при избыточном давлении (кроме работающих со сжиженными газами); 5 лет - для уровнемеров для измерений уровня сжиженных газов

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2024 г. N 1987.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому регулированию и  
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 525EEF525B83502D7A69D9FC03064C2A  
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович  
Действителен: с 06.03.2024 до 30.05.2025



Е.Р. Лазаренко

«26» сентября 2024 г.