

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00741

Срок действия с 21.06.2022 по 20.06.2025

№ 0073872

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «МФЦС».

Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. Рошинская 2-я, д.4, ЭТ/ПОМ/КОМ/ОФ 5/А/1/ХІV.

Телефон: +7(495) 108-38-86, Адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВКО.

### ПРОДУКЦИЯ

Ротаметры «ЭМИС-МЕТА 215»

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4213-033-14145564-2011

Серийный выпуск

КОД ОК  
034-2014 (КПЕС-2008)  
26.51.52.110

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) IP65, IP67

Устойчив к вибрациям с частотой от 10 до 15 Гц и с ускорением, не превышающим 9,8 м/с<sup>2</sup>, и относится к группе V1 по ГОСТ Р 52931-2008

КОД ТН ВЭД  
9026 10 290 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы»

Место нахождения: Российская Федерация, 454007, г. Челябинск, проспект Ленина, дом 3, офис 308;

Адрес осуществления деятельности: 456518, Челябинская область, Сосновский район, д. Казанцево,

ул. Производственная, д. 7/1; ОГРН: 1037729015807; телефон: +7(351)729-99-12; E-mail: inform@emis-kip.ru

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытое акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы»

Место нахождения: Российская Федерация, 454007, г. Челябинск, проспект Ленина, дом 3, офис 308;

Адрес осуществления деятельности: 456518, Челябинская область, Сосновский район, д. Казанцево,

ул. Производственная, д. 7/1; ОГРН: 1037729015807; телефон: +7(351)729-99-12; E-mail: inform@emis-kip.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 12273/МФЦС/062022, 12274/МФЦС/062022 от «06» июня 2022 г., выданного

Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Миллениум-Тест» (свидетельство о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВКО, действительно до 30.10.2023 г.)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

*Ю.А. Соловьев*  
подпись

Ю.А. Соловьев

инициалы, фамилия

Эксперт

*С.Д. Чалый*  
подпись

С.Д. Чалый

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации