

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 72888-18

Срок действия утверждения типа до 22 октября 2033 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики давления ЭМИС-БАР

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы»
(АО «ЭМИС»), г. Челябинск

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ЭБ 100.000.00 МП с изменением №2

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 6 лет для датчиков с пределами допускаемой
основной приведённой погрешности от $\pm 0,2$ % (включительно);
5 лет для датчиков с пределами допускаемой основной приведённой погрешности
от $\pm 0,04$ % до $\pm 0,2$ %

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 февраля 2025 г. N 377.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 525EEF525B83502D7A69D9FC03064C2A
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 06.03.2024 до 30.05.2025

Е.Р.Лазаренко

«28» февраля 2025 г.