

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РОСС RU.B1719.04АЮ03

СЕРТИФИКАТ

О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что продукция

Счетчики-расходомеры электромагнитные "ЭМИС-МАГ 270"

Код продукции ОКПД2 – 26.51.52.110

Производства

АО "ЭМИС", ИНН 7729428453, РФ, 454112, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн. р-н Курчатовский, г Челябинск, пр-кт Комсомольский, д. 29, стр. 7

соответствует требованиям ТУ 26.51.52-098-14145564-2021

Настоящий Сертификат о типовом одобрении действителен до: «25» июня 2027 г.



Уполномоченное лицо

Маюк Н.И.



РС

Сертификат № 24.60071.130

Дата выдачи « 25 » июня 2024 г.

Технические данные

Удельная электропроводимость измеряемой жидкости, См/м, не менее $5 \cdot 10^{-4}$;
Избыточное давление измеряемой среды, МПа, не более 42;
Температура измеряемой среды, °С от - 60 до +180;
Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, °С от -70 до +75;
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7;
- относительная влажность, % от 0 до 100%;
Параметры электропитания: от сети переменного тока:
- напряжение, В от 80 до 305;
- частота, Гц от 47 до 63;
- потребляемая мощность, В·А, не более 20;
Масса счетчика-расходомера, не более, кг 3500.

Область применения / ограничения

Счетчики-расходомеры электромагнитные ЭМИС-МАГ 270 (далее – счетчики-расходомеры) предназначены для измерений объёма, объемного расхода электропроводящих жидкостей.

Техническая документация
и дата ее рассмотрения

ТУ 26.51.52-098-14145564-2021
Документация рассмотрена РС 25.06.2024.

Условия сертификации продукции

Продукция поставляется с копией настоящего Сертификата о типовом одобрении при условии проведения ежегодного инспекционного контроля. Сроки инспекционного контроля 25.06.2025, 25.06.2026.

Серийный образец испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства

Акт № 24.60070.130

от « 25 » июня 2024 г.