



ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ И КОММЕРЦИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(КЫРГЫЗСТАНДАРТ)

СЕРТИФИКАТ

о признании утверждения типа средств измерений

№ 4039

Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
ЭМИС-БАР

обозначение типа

Датчики давления

наименование средств измерений

производимых АО «ЭМИС»

наименование производителя

г. Челябинск, Россия

территориальное место расположения производства

внесен в Государственный реестр средств измерений под № KG417/01.12.4039-24
и допущен к применению в Кыргызской Республике на основании признания
результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

наименование национального органа

Российской Федерации

по метрологии страны экспортера

Сроки проведения поверки:

- датчики с пределами допускаемой основной приведенной погрешности от $\pm 0,2 \%$
(включительно) – один раз в 6 лет;
- датчики с пределами допускаемой основной приведенной погрешности от $\pm 0,04 \%$
до $\pm 0,2 \%$ – один раз в 5 лет;

Данный сертификат распространяется на средства измерений, произведенные до
конца срока действия (до 22.10.2028 г.) признаваемого свидетельства
(сертификата) об утверждении типа средств измерений.

Директор

М.П.

Б.А. Нурматов

«20» 11 2024 г.

